

三坐标测量机采购更正公告

(招标编号：HNXZ-2021-ZZ-XMZB-1162)

一、内容：

更正内容：

1、招标文件第五章 供货要求中：

6.1.1 项，将 Y 轴测量范围从“Y 轴 $\geq 1600\text{mm}$ ”修改为“Y 轴 $\geq 1500\text{mm}$ ”

修改后如下所示：

*6.1.1 测量范围：

X 轴 $\geq 900\text{ mm}$ ；

Y 轴 $\geq 1500\text{mm}$ ；

Z 轴 $\geq 800\text{ mm}$ ；

Z 轴 $\geq 800\text{ mm}$ ；

探针最大探测深度 $\geq 500\text{mm}$ 。

二、7.8 项，取消” * “号，将” 四面环抱式 “修改为” 三面环抱式 “，取消材质要求。

修改后如下所示：

7.8 设备结构设计合理，符合人体工程学要求。工作台采用花岗岩材料，X、Y、Z 三轴气浮轴承导轨系统，三轴导轨均采用三面环抱式的空气轴承，主轴和横梁均采用静态性能稳定的材质，增强横梁移动的扭摆刚性及稳定性为优。机器应具备自动温度及被测工件温度补偿功能；

三、7.9 项，取消” * “号

7.9 高机动性及可靠的伺服电机驱动系统测量机的光栅分辨率应 $\leq 0.08\text{ }\mu\text{m}$ ，光栅尺采用温度系数较小的玻璃陶瓷光栅尺，安装形式考虑到温度变化引起的变形；

其它内容不变。

本更正公告为招标文件的组成部分，招标文件如涉及上述内容的应作相应调整和修改，若本更正公告与原招标文件内容有不一致之处，应以本更正公告为准。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为长沙中传变速箱有限公司。



三、联系方式

招 标 人：长沙中传变速箱有限公司

地 址：湖南省长沙市望城区郭亮路 248 号

联 系 人：刘先生

电 话：17873222034

电子邮件： /

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

地 址：湖南省长沙市芙蓉区东二环一段 1139 号湖南商务中心二楼

联 系 人：吴安利

电 话：0731-28632095

电子邮件：286147424@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：  _____（签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）

